





## 实验室安全隐患整改通知单

No: 20240322-01


材料与化学工程学院 :

在 2024 年 3 月 22 日实验室安全巡查中, 检查人员发现你单位存在下述违反实验室安全管理规定的行为:

地点	隐患描述	隐患照片	对应条款	整改期限/措施
敬德楼 B501	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配制试剂无标签;</li> <li>2. 易制毒化学试剂甲苯放在普通试剂柜中;</li> <li>3. 试剂柜上试剂清单未及时更新;</li> <li>4. 实验室卫生脏乱。</li> </ol>		《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》 9.3.5、9.5.2、 9.3.1、6.2.2。	立整立改。
敬德楼 C501 西	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 灭火器箱放置区放置废液桶;</li> <li>2. 危废暂存区放置其他杂物;</li> <li>3. 实验室卫生脏乱。</li> </ol>		《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》 7.1.1、9.7.1、 6.2.2。	立整立改。

				
敬德楼 C504 东	易制爆专用柜双把 钥匙放在一起。		《高等学校实验室安全检查项目表（2023年）》 9.5.3。	立整立改。
敬德楼 C505 西	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.实验室卫生脏乱；</li> <li>2.运行高温设备旁放置纸箱；</li> <li>3.试剂柜上堆放纸箱。</li> </ol>		《高等学校实验室安全检查项目表（2023年）》 6.2.2、13.4.3、 9.3.2。	立整立改。
敬德楼 C506 西	试剂未放置在试剂 柜中。		《高等学校实验室安全检查项目表（2023年）》 9.3.2。	立整立改。

<p>敬德楼 C507</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 易制毒试剂甲苯放置在普通试剂柜中;</li> <li>2. 私人物品带入实验室;</li> <li>3. 实验室卫生脏乱;</li> <li>4. 试剂柜上堆放纸箱。</li> </ol>	   	<p>《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》 9.5.2、6.2.2、 9.3.2。</p>	<p>立整立改。</p>
<p>敬德楼 C508 西</p>	<p>实验室卫生脏乱。</p>		<p>《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》 6.2.2。</p>	<p>立整立改。</p>
<p>敬德楼 C508 东</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 试剂瓶上标签脱落且瓶盖损坏;</li> <li>2. 配制试剂无标签。</li> </ol>	 	<p>《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》 9.3.4、9.3.5。</p>	<p>立整立改。</p>

<p>敬德楼 C509 东</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 危废暂存区放置其他杂物;</li> <li>2. 私人物品带入实验室;</li> <li>3. 实验室卫生脏乱。</li> </ol>		<p>《高等学校实验室安全检查项目表（2023年）》 9.7.1、6.2.2。</p>	<p>立整立改。</p>
-----------------------	---	--	---	--------------

请对照上述问题，举一反三，全面排查本学院实验室安全隐患，限于整改日期内完成整改，以备复检。



备注：本通知单一式两份，签收学院、实验室与设备管理处各留存备案一份。